

見積依頼票

R7.12.17 公開

調達番号

1217-7-1

調達件名	シーリングシステムの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
シーリングシステム	メディスト株式会社226AGBZX00063000 KLS Martinマーチンマークランプ I/Q2.5mm,16cm (同等品可)	1 式	
摘 要	参考機種以外で見積の場合は、見積機器の構成内訳書、見積機器の技術仕様書、カタログ等を見積書に添付すること。		
参考事項	希望購入価格 2,387,000 円(税込み)以内		
納入期限	令和8年3月31日		
納入場所	岡山県動物愛護センター		
見積書提出期限	公開締切日の正午 R7.12.24 正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	保健医療部生活衛生課 (担当)大津寄 直通番号(226-7338)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

機器規格仕様書

1 品 名、数量

- (1) シーリングシステム 1式
- (1式の内訳)
- (ア) シーリングシステム本体
- (イ) 専用デバイス

(注) 上記の品目がオールインワンの構成となっておらず、付属品を添付することにより仕様を満たすこととなる場合には、これら附属品を含めた一式を入札の対象として差し支えないものとする。

2 必要とする機能

- (1) 組織の電気抵抗値をモニタリングする機能を持つこと。
- (2) 止血完了時に自動的に出力が停止するオートストップ機能を持つこと。
- (3) 240 mm×370 mmサイズに設置できること。

3 規 格

項 目	必要とする数値等
システム本体	①240mm×370mm以内のサイズであること ②使用する際の電源電圧がAC100V 50/60Hz共用であること
専用デバイス	①先端幅が2.5mm ②長さは16cm ③オートクレイブが可能であること

機 器 構 成 内 訳 書

物品名 (シーリングシステム 1 式)

品 名	規 格	数 量	製造所名
シーリングシステム	226AGBZX00063000	1 台	メディスト 株式会社
専用デバイス	マーチンマークランプ IQ 2.5 mm、16 cm	1 本	KLS Martin Group

※) 参考機種

シーリングシステムの納入条件

- (1) 受注者は、製品を岡山県動物愛護センターへ期日までに納入すること。
- (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置工事に要する費用は受注者が負担すること。
- (3) 受注者は、据付、配線を購入条件に基づいて行い、期日までに県担当者の立会により動作確認・検収を受けること。
- (4) 受注者は、納入製品が検収後1年以内に機械的要因などにより障害を生じた場合は、迅速に無償で修繕を行うこと（消耗品を除く。）。
- (5) 受注者が、納入時において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により、原状に戻すこと。
- (6) 受注者は、当該製品の修繕に係る部品・消耗資材を確保し安定した供給が行える体制を検収後5年以上確保しておくこと。
- (7) 受注者は、納入の際に修繕に係る部品・消耗資材の価格表を岡山県動物愛護センターに1部提供すること。
- (8) 受注者は、納入の際に機器操作に係る取扱説明書を2部岡山県動物愛護センターに提供すること。
- (9) 受注者は、検収完了後、可及的速やかに（1週間以内を目安とする。）岡山県動物愛護センター職員に対して、取り扱い説明を実施すること。
- (10) 上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、双方協議して解決すること。

見積機器の構成内訳書

会 社 名 _____

物品名（シーリングシステム 1 式）

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名

(記入例)

見積機器の構成内訳書

会 社 名 (株)〇〇〇

物品名 (シーリングシステム 1 式)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名
〇〇〇	ABCD-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇
△△△	EFGH-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇

見積機器の技術仕様書

会 社 名 _____

物品名 (シーリングシステム 1 式) ●

項目	仕様書の仕様	見積機器の仕様	カタログページ等

(記入例)

見積機器の技術仕様書

会 社 名 (株)〇〇〇

物品名 (シーリングシステム 1 式)

項目	仕様書の仕様	見積機器の仕様	カタログページ等
システム本体 ・ ・ ・	① 240mm×370mm以内のサイズであること ② 使用する際の電源電圧がA C100V 50/60Hz共用であること ・ ・ ・	① 235mm×360mmのサイズである ② 使用する際の電源電圧がA C100V 50/60Hz共用である ・ ・ ・	別添〇のP〇 別添〇のP〇 ・ ・ ・

機器規格仕様書の「3 規格」について、仕様書の仕様と見積機器の仕様とを対比させて、すべて記入すること。