

【仕様書】

「特殊ガス納入に係る仕様等について」

1 供給

(1) 以下のガスボンベ（47L容器）を設置すること

●本館棟

種類	クラス	純度（%以上）	容器	本数
酸素	高純度	99.8	47L	4
窒素	工業用	99.99	47L	6
水素	工業用	99.99	47L	2
ヘリウム	高純度	99.999	47L	2
アルゴン	工業用	99.99	47L	6

●ミクロ棟

種類	クラス	純度（%以上）	容器	本数
酸素	高純度	99.8	47L	4
窒素	工業用	99.99	47L	4
水素	工業用	99.99	47L	2
アルゴン	工業用	99.99	47L	4

(2) 各集中ボンベ庫システムを理解し、配管に接続すること。

(3) いずれのガスも、2系列で自動切替式になっている。

1系列が空になった時点で半数ずつ交換する。

2 購入

(1) 購入期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日

(2) 予定数量

酸素ガス（高純度）	4本
窒素ガス	81本
水素ガス	1本
ヘリウムガス（高純度）	6本
アルゴンガス	50本

(3) 購入指示 岡山県工業技術センター総務課からの電話等の指示により随時供給を行う。

(4) 請求・支払 随時供給された数量に応じて請求し、請求によって支払う。
詳細は、別途締結する単価契約書による。