

※要求課記入

要求課 (規格・仕様等に係る照会先)	津山家畜保健衛生所	
担当者名	村上	TEL(直通) 0868-29-0040

※経理出納班記入

調達番号第 F-34 号

※経理出納班記入

落札業者		落札金額	
発注確認	連絡済	(発注連絡をした場合は○印で囲むこと。)	

見 積 依 頼 票 兼 物 品 発 注 票

※経理出納班記入

1	見積依頼日	令和 8 年 8 月 27 日 (木)	9:00
2	見積提出期限	令和 8 年 9 月 3 日 (木)	12:00
3	見積に係る照会先	美作県民局総務課経理出納班 船越・松尾 TEL(0868)23-1219	
4	見積書提出場所	美作県民局地域政策部総務課経理出納班(津山市山下53 2階)	
5	納期	令和 8 年 10 月 15 日 (木)	17:00 まで
6	納品場所	津山家畜保健衛生所	

※要求課記入

5 発注物品							
メーカー名	品名	色 サイズ	規格・仕様	指定製品・品番	入数	数量	備考
GUARDIAN	BestScan®MX5		付属品:タブレット、ハードケース、充電ケーブル、ACアダプター			1 台	
摘 要							
参 考 事 項 希 望 購 入 価 格 円(税込み)以内							

参加資格要件	次のいずれにも該当する者であること。 (1)見積依頼票兼物品発注票で指定する提出期限(以下「見積提出期限」という。)の時点で、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録されていること。 (2)入札参加資格者名簿に登録してある住所が県内であること。 (3)岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号)第9条に規定する入札参加の停止の措置を受けていないこと。 (4)岡山県の物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を受けていないこと。
その他の	(1)本発注票に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積もりを認める。同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。発注票に特に記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。 (2)仕様書に見本(原稿等)がある旨記載している場合は、見本(原稿等)を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 (3)この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。 (4)見積書提出方法は、持参または郵送による紙での提出の取り扱いのみとする。

超音波画像診断装置



BestScan® MX5




ultrasound scanner

For large animal scanning



Technology Driven
2-Year Warranty



B(白黒)/
C(カラー Doppler)



USB Type-C

有線接続



軽量 290g



Android




防水




バッテリーなし




画像例




黄体血流 Good



双胎 twin line




胎児心拍 (Day32)




過排卵処置卵胞


使用例



スマートフォン
(リスト、ナックル)



タブレット
(背面本体固定)



スマートフォン
(ネック)

セット内容

- ・本体 リニアプローブ
- ・タブレット端末 (SAMSUNG Galaxy tablet 11in. or 8in.)
- ・ハードキャリングケース
- ・映像用USBケーブル ×2 (有線接続用)
- ・タブレット用プロテクションケース、ストラップ

保障

本体システム保障2年 プローブ保障1年 タブレット類は保障外
※修理にあたっては、代替機を即時手配いたします 到着後故障実機を弊社へ返却
保障期間内は無償修理ののちご返却
保障期間外は修理費用お見積りし、ご連絡、手配いたします

お問い合わせ

株式会社 Guardian

鹿児島本社

〒890-0033
鹿児島県 鹿児島市 西別府町 2794-127

始良ラボ

〒899-5421
鹿児島県 始良市 東餅田 3731-7
TEL : 080-6207-0004
MAIL : info-embryo@guardian-vet.com

本社事務所

〒890-0033
鹿児島県 鹿児島市 西別府町 2794-128
TEL : 080-5616-0243
MAIL : info@guardian-vet.com

鹿児島診療所

〒890-0033
鹿児島県 鹿児島市 西別府町 3260-86



公式LINEアカウント



仕 様 書

1 購入物品

品 名	数量 (台)
超音波画像診断装置	1

2 必要とする性能

- ・本体が 500g 以下であること。
- ・画像の解像度が 1920×1200 以上であること。
- ・直腸検査用のリニアプローブが標準装備であり、周波数が 4~8MHz であること。
- ・バッテリーが Type-C で充電可能であること。
- ・動画による出力が可能であること。
- ・プローブの水洗いや消毒が可能であること。

3 上記 2 の要件を備えた機種・規格

機種及び規格	必要とする 付属品	備 考
GUARDIAN BestScan®MX5	タブレット ハードケース 充電ケーブル AC アダプター	